	Laboratoire de Biologie Médicale	Réf : C-PRE-PLV-A-004
	Recommandations pré-analytiques destinées aux préleveurs	Version : 01 Application : 26/02/2020 Pages : 2/3

1 La feuille de prescription

Elle doit contenir les informations suivantes :

- Identification univoque du patient – sexe – date de naissance
- Le nom du médecin prescripteur
- Le type d'échantillon primaire et le site anatomique d'origine, le cas échéant
- La nature des analyses prescrites
- Les renseignements cliniques pertinents pour l'interprétation du résultat
- La date et l'heure du prélèvement
- Le nom du préleveur

En l'absence de ces renseignements, l'examen peut ne pas être effectué.

2 Lors du prélèvement, respecter les étapes suivantes :

- **Préparation : règles des 3 B**

La Bonne personne

La Bonne étiquette

Les Bons tubes/ Bon ordre

- **Prélèvement : règles des 3 J**

Je prépare



Je prélève



J'identifie et vérifie

Tubes **non identifiés**
Prescription biologique

Etiquettes collées sur les tubes
Vérifier l'identité en questionnant le patient
(lui demander d'épeler nom et prénom)
Etiquettes **d'identification**

- **L'ordre des tubes :**

- Hémoculture à prélever toujours en premier si prévue (1^{er} flacon aérobie – 2^{ème} flacon anaérobie)
- Tubes de sang et d'urines voir annexe C-PRE-PLV-A-006 choix des tubes et ordre de prélèvement

- **Niveaux de remplissage** (tubes citrate et tube VS – tube pour ECBU)

- **Mélanger par retournements** les tubes avec additifs (y compris les tubes dits « secs » qui contiennent un activateur de coagulation)


2.1 Eliminer l'ensemble du matériel de prélèvement (collecteurs adaptés)

2.2 Etiquetage des échantillons biologiques :

- A réaliser après le prélèvement par le préleveur lui-même
- Identification univoque du patient – sexe – date de naissance

2.3 Respect des conditions d'acheminement au laboratoire

- Délai approprié à la nature des examens demandés

 <p>CENTRE HOSPITALIER Intercommunal des Alpes du Sud CSO SISTERON</p>	Laboratoire de Biologie Médicale	<i>Réf :</i> C-PRE-PLV-A-004
	Recommandations pré-analytiques destinées aux préleveurs	<i>Version :</i> 01 <i>Application :</i> 26/02/2020 <i>Pages :</i> 3/3

- Température spécifiée (température ambiante 15-25°C selon la Pharmacopé européenne)